



**BAUSCH + LOMB ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТЗЫВЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СЕРИЙ
РАСТВОРОВ ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ**

О серьезных нежелательных явлениях, связанных с данным отзывом, не сообщалось

Лаваль, Квебек, 31 мая 2021 – Bausch + Lomb, ведущая компания в сфере здоровья глаз, добровольно отзывает определенные серии раствора для контактных линз Biotrue®, универсального раствора для чувствительных глаз ReNu® MPS, раствора для контактных линз ReNu® MultiPlus, произведенных на предприятии в Милане, Италия.

Этот добровольный отзыв проводится в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, России и странах СНГ, Гонконге и Китае.

Данный добровольный отзыв осуществляется в связи с получением компанией Bausch + Lomb уведомления от одного из своих сторонних поставщиков в Милане, Италия, который занимается стерилизацией некоторых компонентов (флаконы, пробки и крышки) данных продуктов до производства, о проблеме, связанной с процессом стерилизации.

Bausch + Lomb - одна из многих компаний, пострадавших от этой ситуации.

Здоровье и безопасность всех, кто использует наши продукты, являются нашим главным приоритетом. Поскольку низкий риск заражения при применении этих продуктов не может быть исключен, и мы не можем подтвердить соответствие поставщика требованиям технологического соответствия для некоторых компонентов этих продуктов, производитель принял решение добровольно отозвать определенные серии продуктов. На сегодняшний день не сообщалось о серьезных нежелательных явлениях, связанных с данной проблемой.

Информацию о серии продукта, затронутого данным отзывом, можно найти на сайте BLRecall.expertinquiry.com или по списку серий продуктов, подлежащих отзыву, который представлен ниже:

Продукт	Серия No.
Раствор Biotrue 300мл (пр-во Италия)	ME2983
Раствор Biotrue 300мл (пр-во Италия)	MF0908
Раствор ReNu MultiPlus 60 мл	MF1003
Раствор ReNu MultiPlus 120 мл	ME2691

Раствор ReNu MultiPlus 120 мл	ME3326
Раствор ReNu MultiPlus 120 мл	MF1408
Раствор ReNu MultiPlus 240 мл	ME1791
Раствор ReNu MultiPlus 240 мл	ME2356
Раствор ReNu MultiPlus 240 мл	ME4028
Раствор ReNu MultiPlus 240 мл	MF1298
Раствор ReNu MultiPlus 360 мл	ME2760
Раствор ReNu MultiPlus 360 мл	ME4674
Раствор ReNu MultiPlus 360 мл	MF2950
Раствор ReNu MultiPlus 360 мл	MF2310
Раствор ReNu MPS 120мл	ME3052
Раствор ReNu MPS 120мл	MF3177
Раствор ReNu MPS 240мл	ME2510
Раствор ReNu MPS 240мл	ME4745
Раствор ReNu MPS 360мл	ME2964
Раствор ReNu MPS 360мл	ME2963
Раствор ReNu MPS 360мл	MF1304

Отзыв не распространяется на другие продукты Bausch + Lomb.

Потребители, у которых имеются в наличии продукты, затронутые данным отзывом, должны предпринять следующие шаги:

1. Посетите BLRecall.expertinquiry.com, чтобы убедиться, что продукт подлежит отзыву.
2. Если продукт подлежит отзыву, прекратите его использование и выбросьте данный продукт.

Потребителям также следует обратиться к офтальмологу в случае возникновения нежелательных реакций после применения продукта Bausch & Lomb, а также сообщить об этом представителю производителя по электронному адресу Russia.Claims@bauschhealth.com.

Сведения об отозванных продуктах*	
Даты истечения срока годности	Май 2021 – Сентябрь 2022
 Универсальный раствор Biotrue® (300 мл)	 Универсальный раствор для чувствительных глаз ReNu® MPS (120 мл, 240 мл, 360 мл)
 Универсальный раствор по уходу за мягкими контактными линзами ReNu® MultiPlus (60 мл, 120 мл, 240 мл, 360 мл)	

**Изображения в разделе «Сведения об отозванных продуктах» приводятся только для примера. Продукты или упаковка данных продуктов могут отличаться в зависимости от региона/страны.*



Тимо Джекл (Timo Jackle)

Вице-президент по вопросам глобального качества медицинских изделий
Bausch + Lomb

###

*®/™ являются торговыми марками Бауш энд Ломб Инкорпорейтед или ее филиалов.
Все остальные наименования продуктов/брендов и/или логотипы являются товарными знаками соответствующих владельцев.
© 2021 Бауш энд Ломб Инкорпорейтед или филиалы.*